

Số: 1.80./TB-BVĐHYTB

Mời chào giá gói thầu mua bộ huyết áp cơ, bao huyết áp dùng cho máy Monitor, đồng hồ oxy

Thái Bình, ngày 09 tháng 4. Năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bộ huyết áp cơ, bao huyết áp dùng cho máy Monitor, đồng hồ oxy.

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

2. Thông tin liên hệ: Ninh Đức Thịnh – Nhân viên Phòng Vật tư Quản trị,
số điện thoại 0912840054, địa chỉ email: thnhninh7@gmail.com

3. Nơi tiếp nhận báo giá:

Báo giá có 2 loại là bản cứng và bản PDF, trong đó:

- Bản cứng gửi về Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, địa chỉ số 373, Phố Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Điện thoại: 0227.3833.886).

- Bản PDF gửi về địa chỉ email: thnhninh7@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 9 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá Bao huyết áp dùng cho máy Monitor, Bộ huyết áp, Đồng hồ oxy cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Huyết áp cơ Alpk2	Mô tả cụ thể như phụ lục kèm theo	02	Bộ
2	Bao huyết áp dùng cho máy Monitor Nihonkohden	Mô tả cụ thể như phụ lục kèm theo	12	Hộp
3	Đồng hồ oxy y tế (1 đồng hồ)	Mô tả cụ thể như phụ lục kèm theo	05	Cái

2. Báo giá bằng Việt Nam đồng (VNĐ), đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.

3. Địa điểm cung cấp, bàn giao, hướng dẫn sử dụng.

- Tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình, số 373 Phố Lý Bôn, TP Thái Bình.



4. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày từ ngày bàn giao nghiệm thu.

6. Các thông tin khác.

- Các đơn vị tham gia báo giá đồng thời cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị ./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Đăng Website Bệnh viện;
- Lưu VT, VTQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Bái





PHỤ LỤC

(Đính kèm Thư chào giá số 180/TB - BVĐHYTB ngày 09 tháng 4 năm 2024)

Stt	Tên hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Huyết áp cơ Alpk2	<ul style="list-style-type: none">- Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao- Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa.- Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không)- Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	02	Bộ
2	Bao huyết áp dùng cho máy Monitor Nihonkohden	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Cao su y tế, silicone và vải.- Kích thước: 27Cm ~ 35Cm- Sử dụng để đo huyết áp không xâm lấn NIBP: người lớn- Bao đo huyết áp tương thích các dòng máy monitor dùng 1 ống dây.	12	Hộp
3	Đồng hồ oxy y tế (1 đồng hồ)	<ul style="list-style-type: none">-Áp lực đầu vào: 15 MPa-Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa-Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa-Lưu lượng :1-10 L / min ,1-15L / phút-Nhiệt độ tối đa 121oC áp suất 0.142MPa	05	Cái